

Số: 332 /TB-BVSNKG

An Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm hàng hóa

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm tủ mát sử dụng tại Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang. Địa chỉ: số 03 Ung Văn Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

2. Hồ sơ báo giá gửi về: ks Trần Văn Hón, số điện thoại: 0982.534.834, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang. Địa chỉ: số 03 Ung Văn Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Email: vattuthietbiyte.bvsnkg@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (*Yêu cầu: File scan PDF Báo giá đã được người đại diện pháp luật ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu*).

- Nhận qua email: vattuthietbiyte.bvsnkg@gmail.com (*Yêu cầu: File Excel/word và File scan PDF Báo giá đã được người đại diện pháp luật ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu, tiêu đề email ghi nội dung: [TBYT] Công ty..... gửi báo giá theo Thông báo số...../TB-BVSNKG ngày.... tháng ... năm...*).

Yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng thời hai cách gửi nêu trên trước thời điểm hết thời hạn báo giá. Mọi báo giá không thực hiện đúng theo yêu cầu hoặc gửi quá thời hạn nhận báo giá thì không được xem xét.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng tải thông tin thành công đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (*Phụ lục 01 kèm theo*).

2. Địa điểm cung cấp: tại Tổ kỹ thuật phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế của Bệnh viện Sản – Nhi Kiên Giang, số 03 Ung Văn Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang..

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá (*Yêu cầu: 03 bản, theo mẫu phụ lục 02 kèm theo, đã được người đại diện pháp luật ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu, hồ sơ báo giá gửi về Bệnh viện trễ tối đa 10 ngày sau thời điểm kết thúc chào giá*).

- Kết quả trúng thầu tại các cơ sở y tế trong thời gian 10 tháng gần nhất tính đến ngày ký báo giá (Thông báo trúng thầu, quyết định trúng thầu) (*Nếu có*).

- Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, catalog, giấy phép lưu hành và các tài liệu pháp lý liên quan đến sản phẩm chào giá.

Hồ sơ báo giá phải gửi về Bệnh viện tối đa 10 ngày sau khi kết thúc chào giá

6. Các thông tin khác (nếu có)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, tvhon.

GIÁM ĐỐC



Lại Thị Ngọc Diệp

Phụ lục 1

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

(Kèm theo thông báo số: /TB-BVSNKG ngày tháng năm 2026)

Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục mua sắm tủ mát sử dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang năm 2026:

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
01	Tủ mát	• Loại tủ: Tủ mát 1 cánh đứng • Dung tích sử dụng: 205 lít (dung tích tổng khoảng 250 lít / dung tích thực 205–210 lít) • Nhiệt độ: 2°C – 10°C • Công suất: 220W • Điện áp / Tần số: 220V / 50Hz • Số kệ chứa: 3 kệ • Công nghệ cửa kính: Cửa kính 2 lớp chống đọng sương. • Tiện ích đi kèm: Đèn LED chiếu sáng bên trong, khóa an toàn, trang bị bánh xe di chuyển. -Bao gồm Phụ kiện kèm theo : 2 cái nhiệt kế tự ghi nhiệt độ cực thấp. Thông số tiêu chuẩn : Dùng đo nhiệt độ tủ lạnh... Dây nối đầu dò dài 1.5 mét Nhiệt kế ghi dữ liệu nhiệt độ cực thấp Thang đo nhiệt độ: -100~+80 °C Màn hình LCD lớn có đèn báo nguồn Kết nối USB và Bluetooth, để truy cập dữ liệu. Dung lượng bộ nhớ 32,000 điểm dữ liệu. Theo tiêu chuẩn CE (EN12830) và FDA Chuẩn chống nước: IP65 Phải được kiểm định....	1	Cái